

以下、本文-----

## 心臓 CT 検査における左心耳擬似血栓について

### ・ 研究の対象

2018 年 4 月～2020 年 3 月に当院で心臓・冠動脈 CT 検査を受けられた方

### ・ 研究目的・方法

心臓・冠動脈 CT 検査において左心耳が造影されている症例と造影されていない症例が存在します。本来、左心耳は造影されるはずですが、造影されない場合もあります。造影されていない要因としては左心耳に血栓が存在する場合や造影剤の注入レートに影響を受けた場合等が想定されます。左心耳が造影されていない場合、時間をおいて再度撮像し、血栓の有無を評価する必要があります。本検討の目的は心臓・冠動脈 CT 検査において造影剤の注入レートや被検者の身体的特徴が左心耳の CT 値に与える影響を検討し、追加撮像を行わずに血栓の有無を評価できるようにすることで、患者の被ばくを必要最低限にすることです。

研究期間：倫理委員会承認日（2020 年 6 月 16 日）～2023 年 3 月 31 日

### ・ 研究に用いる試料・情報の種類

CT 画像、造影剤注入速度、造影剤ヨード濃度、性別、体重、年齢、左房容積、左房断面積 等

## 4. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。  
ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮

TEL : 088-866-5811 (内線:23529)

研究責任者：高知大学医学部附属病院 放射線部 島崎 杏花

-----以上